Qualitätskontrolle Aktivimeter

Molybdändurchbruch

Betreiber:			
Gerätename:		NUK-Geräte-ID: NG-	
	Nuklideinstellung: Tc-99m	Nominale Generatoraktivität [GBq]	

Q [%] = B/A * 100 soll < 0,04 % sein

Datum / Uhrzeit	Generator Chargen Nr.	Nulleffekt [MBq]	Eluataktivität (A) ohne Abschirmung [MBq]	Eluataktivität (B) mit Abschirmung [MBq]	Q [%]	Bemerkung	Unterschrift